



Klasa: 406-03/23-01/23

Urbroj: 191-1-23-8

Ev. broj nabave: 1-113-23/JN

Dubrovnik, 12. 09. 2023. godine

Temeljem čl. 23 internog Pravilnika za jednostavnu nabavu, Naručitelj Opća bolnica Dubrovnik, dr. Roka Mišetića 2, Dubrovnik, donosi sljedeću

ODLUKU O ODABIRU

Za predmet nabave "NABAVA INJEKTORA ZA KONTRAST ZA KORONAROGRAFIJU" odabire se ponuda tvrtke **MARK MEDICAL d.o.o., Budmanijeva 5, 10 000 Zagreb** za ukupnu cijenu od **22.250,00 eura bez PDV-a odnosno 27.812,50 eura s PDV-om, a sve prema ponudi od 04. 09. 2023. godine.**

Obrazloženje

Procijenjena vrijednost nabave iznosi **23.000,00 eura** bez PDV-a.

Kriterij za odabir ponude: **najniža cijena.**

Postupak jednostavne nabave započeo je objavom Poziva na dostavu ponuda dana 29. 08. 2023. godine na web stranici Naručitelja, a u roku za dostavu ponuda zaprimljene su dvije ponude sljedećih ponuditelja:

1. MARK MEDICAL d.o.o., Budmanijeva 5, 10 000 Zagreb
(naziv i adresa)

2. HKO d.o.o., Banjavčičeva 13, 10 000 Zagreb
(naziv i adresa)

Dana 08. 09. 2023. godine izvršeno je otvaranje ponuda, te je izvršen i pregled i ocjena zaprimljenih ponuda. Utvrđeno je da se odbija ponuda ponuditelja HKO d.o.o., Banjavčičeva 13, 10 000 Zagreb jer je ponuda nepravilna, neprihvatljiva i neprikladna.

Naime, pregledom kataloga dostavljenog u svrhu dokazivanja tehničkih karakteristika ponuđene opreme utvrđeno je da ponuđena oprema ne zadovoljava traženo u sljedećim stavkama:

1. Stavkom 1.5. tražena je "Mogućnost direktnog kontroliranog ubrizgavanja kontrasta i fiziološke otopine preko angiotouch ručnog kontrolera".
Ponuditelj je naveo da se na stranici 56 kataloga K1 nalazi potvrda traženih karakteristika.
Uvidom u navedenu stranicu razvidno je da je alternativno moguć unos protoka ili trajanja faze što ne zadovoljava traženo, a to je mogućnost direktnog kontroliranog ubrizgavanja kontrasta i fiziološke otopine preko angiotouch ručnog kontrolera.
2. Stavkom 1.7. tražen je "Senzor za zrak na visokotlačnoj pacijent-liniji, koji u slučaju prisustva zraka zaustavlja injeciranje i na monitoru prikazuje problem".
Ponuditelj je naveo da se na stranici 56 kataloga K1 nalazi potvrda traženih karakteristika.
Uvidom u navedenu stranicu razvidno je da označeni navod označava senzor nagiba, a ne traženi senzor za zrak na visokotlačnoj liniji koja ide prema pacijentu i koji sprječava ubrizgavanje zračnih mjehurića ukoliko se nalaze u sistemu i na monitoru prikazuje problem.
3. Stavkom 1.13. traženo je "Korištenje funkcije KVO (Keep vein open) u razmaku od 0.1 do 10 ml/min".
Ponuditelj je naveo da se na stranici 72 uputa za rad nalazi potvrda traženih karakteristika.
Uvidom u navedenu stranicu nisu razvidni traženi intervali, no uvidom u stranicu 38 uputa za rad razvidno je da je raspon u volumenu od 1 do 4 ml što je manji raspon od traženog čime nije dokazana tražena tehnička karakteristika.



OPĆA BOLNICA DUBROVNIK

Dr. Roka Mišetića 2
20 000 Dubrovnik

Također je utvrđeno da je ponuda tvrtke MARK MEDICAL d.o.o., Budmanijeva 5, 10 000 Zagreb valjana i da zadovoljava odredbe koje je Naručitelj postavio u Pozivu za dostavu ponuda.

Na prijedlog ovlaštenih predstavnika Naručitelja, odabrana je po kriteriju najniže cijene, valjana ponuda, pa je stoga odlučeno kao u izreci ove Odluke.

Način izvršenja predmeta nabave: Ugovor o jednostavnoj nabavi.

Ravnatelj:

izv. prof. dr. sc. Marijo Bekić, dr. med.



Način dostave:

- objaviti na web stranici Naručitelja
- dostaviti mailom ovlaštenim predstavnicima Naručitelja